

**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1**  
**Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1**

Seite  
Page 1 / 2

Kunde:  
Customer: **DELTA TECH GmbH**  
**ALSTER TOWER**  
**Lübecker Straße 1**  
**22087 Hamburg**  
**Germany**

Zeugnis-Nr.  
Certificate No. **C01108129302**

Datum  
Date **02/12/2024**

Kundenbestellnummer  
Customer Order No. **DELTA-WIKA-2024-PO-200**

Kunden Artikel-Nr.  
Customer Part. No.

Bestelldatum  
Order date **03/10/2024**

Auftrags-Nr. / Pos.  
Order No. / Item **S110232513/7**

Artikel-Nr.  
Item No. **5132.32**

Typ  
Model **T32.1S**

Seriennummer  
Serial number **1403096**

Sensor  
sensor **Pt100**

Klasse  
Class **--**

Messstellen-Nr.  
Tag No.

(Transmitter)  
Typ  
Model **T32/-**

(Transmitter)  
Ausgangssignal  
Output signal **4 ... 20 mA**

(Transmitter)  
Messbereich  
Measurement range **-50 ... 100°C**

Referenzgerät  
Reference  
**PTPK-12929370-10**

Typ  
Model  
**Prozesskalibrator CED7000**

Prüfmittelnr.  
Inspection Equipm. No.  
**8523-D-K-17132-01-00 2023-04**

Ergebnis  
Result

Luftfeuchte  
Humidity **50% +/- 20%**

Temperatur  
Temperature **23°C +/- 5°C**

Sollwert Set Value °C	Istwert Actual value °C	Ausgangssignal Output signal mA	Abweichung Deviation K			
-50,00	-50,02	3,998	-0,02			
25,00	24,99	11,998	-0,02			
100,00	99,96	19,996	-0,04			

**Der Artikel hält die geforderte Spezifikation ein.**  
**Item keeps the required specification.**

Die Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:  
 Verification was carried out according to the following standard: **IEC 60751**

Bemerkung / Remarks:

**Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1**  
**Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1**



Seite  
Page 2 / 2

Kunde:  
*Customer:* **DELTA TECH GmbH**  
**ALSTER TOWER**  
**Lübecker Straße 1**  
**22087 Hamburg**  
**Germany**

Zeugnis-Nr.  
*Certificate No.* **C01108129302**

Datum  
*Date* **02/12/2024**

Abnahmebeauftragter (PI-ET)  
*Inspection Representative* Reiner Stassig

Prüfer  
*Examiner* **E.Hein**

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.

*The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.*